

ESCLARECIMENTO | SANTANA DO LIVRAMENTO | 042884

De: Antonio Diego S. Silva | Altermed Material Médico Hospitalar (licitacoes5@altermed.com.br)

Para: pmllicitacoes@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 27 de outubro de 2021 17:06 GMT-3

Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde.

Solicitamos esclarecimentos referente ao edital do Pregão Eletrônico nº 068/2021, no que diz respeito ao item 01 com o seguinte descritivo:

Tira Reagente para Monitorização de Glicose, Sangue, Uso Domiciliar – Tira reagente, uso único, uso domiciliar, com suporte plástico com área reativa para determinação quantitativa de glicose no sangue, capilar, venoso, arterial e neonatal, utilizando metodologia enzimática ou similar, com leitura por refletância, tecnologia amperometria. A leitura e apresentação do resultado da tira deverão ser através de monitor portátil de calibragem, preferencialmente já codificado (sem necessidade de chip), mas podendo ter codificação por chip, de fácil visualização com display de LCD, com detector automático de colocação de amostra, indicador do nível de carga da bateria. O método de análise deverá abranger a faixa de leitura de 20 a 600 MG/dl, técnica de glicose desidrogenase ou de glicose oxidase. A amostra de sangue total, que deverá ser aplicada diretamente na tira reativa, com enzima protegida para evitar contaminação da tira e consequente variação dos resultados, com absorção de amostra por capilaridade, o teste deverá ser rápido, após a aplicação do sangue. Estas fitas devem ser acompanhadas de monitor que será fornecido em comodato, sendo fornecido 1 monitor para cada 200 fitas adquiridas até completar o quantitativo necessário para atender os pacientes do Município. O aparelho deverá possuir software para gerenciamento e controle dados de glicemia. Conforme detalhamento abaixo:

Com fulcro no Art. 5º e 10º da lei nº 12.527 de novembro de 2011, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

*Quantos diabéticos favorecidos pela aquisição pública de tiras e aparelhos para medição de glicose existem no município?

*Quantas fitas foram adquiridas pela administração pública no último registro de preço?

*Quantos aparelhos foram entregues ao total aos pacientes na vigência do último contrato de registro de preço?

Aguardamos retorno com os esclarecimentos solicitados.

Gratos pela atenção despendida!

Atenciosamente,

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

--

ANTONIO DIEGO S. SILVA

LICITAÇÕES

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Estrada Boa Esperança, 2320 | Zip Code: 89.163-554 | Rio do Sul | SC | Brazil

Phone: +55 47 3520-9000

E-mail: licitacoes5@altermed.com.br



"Antes de imprimir, pense no seu compromisso e responsabilidade com o Meio Ambiente"

"Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito ao(s) destinatário(s) da mensagem. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, queira, por favor, retorná-la ao destinatário e apagá-la de seus arquivos. Qualquer uso não autorizado, replicação ou disseminação desta mensagem ou parte dela é expressamente proibido. A Altermed Material Médico Hospitalar Ltda não é responsável pelo conteúdo ou a veracidade desta informação."

Referente ESCLARECIMENTO | SANTANA DO LIVRAMENTO | 042884

De: Deptº de Licitações (pmllicitacoes@yahoo.com.br)

Para: licitacoes5@altermed.com.br

Data: sexta-feira, 29 de outubro de 2021 13:14 GMT-3

Prezados!

Representante da empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.

Referente ao seu questionamento ao Pregão Eletrônico 068/2021 que tem como objeto o Registro de Preço para aquisição parcelada de Tiras Testes para determinação quantitativa de glicose no sangue.

PRELIMINARMENTE cabe o esclarecer que o questionamento não se relaciona à descrição do objeto e tão pouco ao edital, tratando-se apenas de números que dizem respeito a aquisições de produtos por parte do município o que podem ser obtidas através de contato direto com a Secretaria Requerente, que é quem detém e pode fornecer tais informações, sem prejuízo à lei de acesso a informação. Nesse sentido, a rigor, não são de competência desse Departamento de Licitações.

De qualquer forma, para dar agilidade e eficiência ao processo transcrevo abaixo as respostas enviadas pela Farmácia Básica Municipal, da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantos diabéticos favorecidos pela aquisição pública de tiras e aparelhos para medição de glicose existem no município?

Atualmente a farmácia municipal tem 752 pacientes cadastrados.

Quantas fitas foram adquiridas pela administração pública no último registro de preço?

Até o momento foram adquiridas 180.000 tiras.

Quantos aparelhos foram entregues ao total aos pacientes na vigência do último contrato de registro de preço?

A empresa vencedora do pregão atual é a mesma empresa vencedora do pregão anterior, portanto no último ano foram fornecidos aparelhos para atender os cadastros de pacientes novos bem como para substituir àqueles que apresentaram defeitos. Como o sistema é em comodato, havendo alteração no vencedor os aparelhos na sua totalidade deverão obrigatoriamente ser substituídos.

Sem mais, esperamos ter sanado os questionamentos a fim de viabilizar a participação de sua empresa no certame em questão.

Att,

Fabício Rodrigues da Rosa
Pregoeiro

Departamento de Licitações e Contratos
Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento - RS
(55) 3968-1014